

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2024年第4期（总第977期）

物理科学与技术学院党政办公室



2024年4月24日

物理学院 2024 年 4 月实验室安全检查情况通报

物理学院实验室安全工作组于 2024 年 4 月 22 日和 23 日分别对理工楼 1、13、14 层，格致楼全楼层，齐云楼 1 楼进行了安全检查（自查），检查中发现的主要问题是：（1）配电柜门前堆放杂物；（2）垃圾存储较多，没有及时处理，实验室卫生较差；（3）插线板使用不规范：乱拉乱放；（4）冷却水接自来水，水管胡乱布设跨越门口。

现将检查中发现的问题通报如下：

理工楼 114 房间：插线板放在地上、桌面杂乱




理工楼 1401 房间：插线板放在地上、电线搭在横梁



理工楼 1411: 配电柜上药品腐蚀柜体和管道



理工楼 1420: 插线板和闸刀放在地上、吹风机未拔线







理工楼 1421: 卫生杂乱



理工楼 1427: 桌面卫生杂乱



理工楼 1322: 电线横穿过道、配电柜门前堆放杂物





理工楼 1317: 桌面卫生杂乱、插线板放在地上





格致楼 1033 房间：冷却水接自来水，水管胡乱布设跨越门口

